



CISSUL SAMU  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA  
MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS



CNPJ 13.985.869/0001-84  
Rua João Urbano Figueiredo, 177  
Parque Boa Vista – Varginha (MG) – CEP: 37.014-510  
[www.cissul.saude.mg.gov.br](http://www.cissul.saude.mg.gov.br) - [nep@cissul.saude.mg.gov.br](mailto:nep@cissul.saude.mg.gov.br) - (35) 3219-3164

MEMORANDO N°: 53/2020

Varginha/MG, 24 novembro de 2020

DE: Comissão de Avaliação Técnica

PARA: Setor Licitações

ASSUNTO: Processo Administrativo: 139/2020 – Pregão Presencial 044/2020

Diante das alegações trazidas pela a Empresa Olidef Medical sobre o descritivo do item 42:

***CÓD:00003056 - INCUBADORA NEONATAL PARA TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA***

- ✓ Incubadora para transporte e remoção de recém-nascidos e prematuros de alto risco, com baixo peso ou graves enfermidades.
- ✓ Sistema de controle microprocessado, com alto grau de precisão.
- ✓ Auto teste dos alarmes.
- ✓ Painel de controle integrado, com display em LED.
- ✓ Modo de operação: Manual (controle da temperatura do ar) e RN (servo controle para temperatura da pele do paciente).
- ✓ Indicação digital das temperaturas do AR, do RN e desejada.
- ✓ Alarmes principais: ar quente, ar frio, falta de energia (rede), falta de energia (bateria), falta de circulação, sobreaquecimento, bateria descarregada, hipotermia, hipertermia e sensor RN desconectado.
- ✓ Baixo nível de ruído interno.
- ✓ Cúpula em acrílico com parede dupla, quatro passagens para tubos, manga íris e tampas frontal e lateral para acesso ao paciente.
- ✓ Corpo em plástico de alta resistência, sem cantos vivos e com acabamento liso.
- ✓ Portinholas ovais; Válvula limitadora de oxigênio com microfiltro Sistema de umidificação.
- ✓ Sistema de oxigênio: permite a concentração de oxigênio dentro da cúpula entre 21 e 65% no mínimo e dispositivo de reanimação com circuito em T, válvula PIP e PEEP integrado no painel.
- ✓ Duas baterias internas recarregáveis, gelatinosas, com autonomia de até 4 horas. Alimentação: 127 / 220 V (com seleção automática) ou 12 VCC.
- ✓ Indicação gráfica para nível de carga da bateria.
- ✓ Cinto de segurança para o paciente.
- ✓ Ampla bandeja para equipamentos periféricos, deverá acompanhar carro tipo maca com ajuste de altura ideal para USO em Ambulâncias com registro na ANVISA.
- ✓ Deverá acompanhar também como itens sobressalente: 10 filtros de ar reservas, 6 abafadores simples reservas de silicone e 2 abafadores de ar duplo ou manga Iris.



CISSUL SAMU  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA  
MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS



CNPJ 13.985.869/0001-84  
Rua João Urbano Figueiredo, 177  
Parque Boa Vista – Varginha (MG) – CEP: 37.014-510  
www.cissul.saude.mg.gov.br - [nep@cissul.saude.mg.gov.br](mailto:nep@cissul.saude.mg.gov.br) - (35) 3219-3164

Após a análise da Comissão de Avaliação Técnica ressalta a importância do descritivo do produto com a finalidade de atender a demanda do atendimento operacional para o usuário com excelência.

***Resolve:***

É certo e sabido que sobre quanto o questionamento das baterias, será suficiente oferecer equipamentos dotado de bateria (uma ou duas), **desde** que se mantenha autonomia **com duração de 4 horas**.

Sobre a temperatura é necessário que seja de **alta resolução** o painel para facilitar a visualização em ambientes de baixa luminosidade.

Com relação ao questionamento do dispositivo de **reanimação integrado** no painel, vale destacar a importância da necessidade do dispositivo ser incorporado no painel, tendo em vista a complexidade e celeridade necessária nos procedimentos de resgate, a redução de erros e necessidade de manipulação de equipamentos, tornando-se determinante o ganho de tempo para chegada na unidade de atendimento.

A opção do **dispositivo separado** implica em ser mais um periférico, impossibilitando a opção de agregar outros equipamentos fundamentais como oxímetros, monitores e kits de aspiração de vias aéreas que em situações de obstrução podem levar o RN à óbito durante essa remoção, uma vez que o espaço destinado já estaria comprometido com o item com o reanimador.

Outro aspecto vale a pena lembrar que estando de forma incorporado evita a **possibilidade de extravio/quebra do dispositivo**.

Nesse sentido, para fins de conhecimento a justificativa é elaborada e embasada cientificamente visando a diminuição de todo e qualquer efeito prejudicial aos usuários; sem mais para o momento colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Elaine Da Silva Oliveira  
Coordenadora NEP

Cibele Siqueira Nogueira  
Coordenadora Enfermagem

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA